Прилог кон сертификатот за акредитација на лабораторија за калибрација
Annex to the Accreditation Certificate of Calibration Laboratory
Бр. ЛК-016 / *No. LC-016*

Датум: 28.01.2026
Date: *28.01.2026*

Го заменува прилогот: 10.07.2024
Replace the annex from: 10.07.2024

1.	**АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО** ***Accredited body***	**РБЦ Медиа ДОО Скопје** **РБЦ Лабараторија за Калибрација** ***RBC Media DOO Skopje*** ***RBC Laboratory for Calibration***
2.	**ЛОКАЦИЈА/ИИ** ***Location/s***	**улица 1, број 18, Ново Село, 1060 Ѓорче Петров, Скопје** ***Street 1, number 18, Novo Selo, 1060 Gjorce Petrov, Skopje***
3.	**СТАНДАРД** ***Standard***	**МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018** ***МКС EN ISO/IEC 17025 : 2018***
4.	**КРАТОК ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈАТА** ***A short description of the accreditation scope***	Калибрација на Сила кај едноосни машини за испитување на материјали *Calibration Media calibration of uni-axial material testing machines*

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА
Detailed description of the accreditation scope

Подрачје (од ИАРСМ документот Р 15) / *Field (from the IARNM document R 15):*
2.1 Сила/ Force / Калибрација на сила со помош на калибрирани ќели а во мерен опсег од 0,3 ÷ 3000 kN

Локација каде се изведува калибрацијата/ *Location where calibration is performed*::
На терен / во лабораторија
On-site / in laboratory

Реден број *No.*	Предмет на калибрација *Subject of calibration*	Мерен опсег *Measuring range*	Калибрациска мерна можност *Calibration measurement capability (cmc)**	Метода на калибрација *Method of calibration*	Забелешка *Remark*
1.1	Систем за мерење на сила кај машини за испитување метални материјали / Metalic materials – calibration of force measuring system	0,3 ÷ 3000 kN	0,5 % ; k=2	МКС EN ISO 7500-1:2019	/
1.2	Калибрација на системот за мерење сила кај едноосни машини за испитување материјали / Calibration of force measuring system of uniaxial materials testing machines	0,3 ÷ 3000 kN	0,5 % ; k=2	МКС EN ISO 12390-4:2009 Annex B	/

**Калибрационата мерна можност (CMC) во Колона 4 е претставена како проширена мерна неодреденост со фактор на покривање k=2, при што интервалот на доверба е приближно 95%.*
Calibration and measurement capability (CMC) in Column 4 is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage factor k=2, such that the coverage probability corresponds to approximately 95 %.

М-р Нико Берберу
Niko Berberu, Msc

Директор
Director

Ова е електронска верзија од Прилогот кон сертификатот за акредитација

This is on line copy of the Annex to the accreditation certificate